



Ofício nº 156/2026/DAB/SMS/PMCL

Conselheiro Lafaiete, 04 de maio de 2026.

À Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Saneamento Básico

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 233/2026 – Informações acerca do ESF Santa Cruz

Em atenção ao Requerimento nº 233/2026, encaminhado por essa Comissão, que solicita informações acerca de denúncia relatando informações sobre o funcionamento do Posto de Saúde do Bairro Santa Cruz, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica, apresenta os seguintes esclarecimentos.

Inicialmente, esta Secretaria tem ciência de que a autoclave da unidade encontra-se inoperante. Diante disso, foi acionada a empresa GTO, atualmente contratada pelo Município para a manutenção de tais equipamentos. Contudo, após análise técnica, a referida empresa informou a inexistência de viabilidade de reparo do equipamento.

Em razão dessa situação, foi imediatamente adotado plano de contingência, consistente no suporte prestado por outra unidade de saúde para a realização da esterilização dos materiais, de modo a assegurar a continuidade dos atendimentos e evitar qualquer prejuízo à assistência prestada à população. Ressalta-se que tal medida possui caráter temporário e será mantida até a conclusão do processo licitatório em andamento para aquisição de novas autoclaves.

No que tange aos crachás de identificação dos servidores, informamos que já se encontra em tramitação o devido processo licitatório visando à aquisição dos mesmos.

Quanto à disponibilização de veículos para a realização de visitas domiciliares, esclarece-se que tal serviço já é regularmente executado no âmbito da Atenção Básica do Município, existindo cronograma previamente estruturado para atendimento das demandas médicas, com a devida disponibilização de veículos.

Em relação aos armários da unidade, especialmente no que se refere ao estado de deterioração em razão do tempo de uso, informamos que será realizada avaliação para eventual aquisição de novos equipamentos, com vistas à substituição dos existentes.


No tocante à realização de exames preventivos, cumpre destacar que tais procedimentos não foram interrompidos, sendo regularmente realizados pelo enfermeiro da unidade, mediante




prévio agendamento, permanecendo integralmente à disposição das usuárias.

Por fim, no que concerne à necessidade de vistoria técnica e eventuais reparos estruturais, será encaminhado ofício ao setor competente para as devidas providências. Ressalta-se, ademais, que a Secretaria Municipal de Obras já instaurou o Processo Licitatório nº 059/2026 – Concorrência Eletrônica nº 006/2026, destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva nos sistemas prediais civis, elétricos, hidráulicos, de combate a incêndio e de ar-condicionado dos imóveis utilizados pela Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, sob gestão das Secretarias Municipais de Educação e Saúde, o que contemplará, oportunamente, as unidades de saúde.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.


Renatha Camargos Nogueira

Diretora do Departamento de Atenção Básica


Rodrigo Souza Santos
Secretário Municipal de Saúde

Visto Assessoria